

Direzione: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR

Area: MONITORAGGIO, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE E GARE IN AMBITO SANITARIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G00723 del 22/01/2025

Proposta n. 2235 del 20/01/2025

Oggetto:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 3 Lotti. Rettifica atti di gara e proroga termini procedurali.

Proponente:

Estensore	LEVANTE GIORGIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LEVANTE GIORGIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. LEVANTE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	P. ALFARONE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 3 Lotti. Rettifica atti di gara e proroga termini procedurali.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CENTRALE ACQUISTI, FONDI EUROPEI, PNRR

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9, "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il Regolamento Regionale 28 dicembre 2023, n. 12, "Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del Regolamento Regionale n. 9/2023;

VISTO in particolare l'art. 3 del Regolamento Regionale n. 9/2023 che modifica l'art. 20, comma 1 del suddetto Regolamento Regionale n. 1/2002 (Istituzione delle direzioni regionali), con il quale, ai sensi dell'art. 17, è istituita, tra le altre, la Direzione Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 14 del 11/01/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Paolo Alfarone, l'incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

PRESO ATTO che il contratto accessivo all'incarico di cui al punto precedente è stato

sottoscritto in data 01/02/2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01362 del 12/02/2024, modificato con gli Atti di Organizzazione n. G02295 del 01/03/2024 e n. G10816 del 08/08/2024, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

VISTA la comunicazione del Direttore generale prot. n. 0573860 del 30/04/2024 recante le indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9, con decorrenza 1 maggio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G04945 del 27/04/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione Centrale Acquisti alla Dott.ssa Giorgia Levante e successiva novazione del contratto a Dirigente dell'Area Monitoraggio, sostenibilità ambientale e sociale e gare in ambito sanitario della Direzione Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR;

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, all'articolo 9 comma 1, l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC, dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione e, al successivo comma 3, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la precedente Direzione Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi del sopra richiamato articolo 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018, nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, nella delibera n. 643 del 22 settembre 2021;

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 con il quale, in attuazione del sopra richiamato articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, sono state individuate le categorie merceologiche per le quali è previsto l'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi "Aghi e siringhe";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 958 del 22/12/2023 “Adozione del Piano biennale 2024-2025 degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli articoli 498-bis e 498-ter del Regolamento Regionale n. 1/2002 e s.m.i.” e in particolare l’Allegato A nel quale, tra le iniziative da espletare nell’anno 2024 è prevista quella per la fornitura di sistemi per prelievo ematico per gli Enti del SSR;

VISTA la Determinazione n. G16228 del 02/12/2024 con la quale sono stati approvati gli atti di gara e disposta l’indizione procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 3 Lotti per un importo complessivo a base di gara di € 19.122.201,00 Iva esclusa, e un valore globale stimato dell’appalto, comprensivo di opzioni, di € 26.133.674,70 Iva esclusa;

CONSIDERATO che:

- per lo svolgimento della procedura di gara la Regione Lazio utilizza il sistema di e-procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio - S.TEL.LA.”, accessibile all’indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- le pubblicazioni sono state effettuate tramite interoperabilità in:
 - GUUE n. 742496-2024 in data 05/12/2024;
 - PVL/ANAC n. 78a8c3e4-5c6c-4afc-a528-46b979e493c7 in data 06/12/2024;
- sono stati stabiliti i seguenti termini procedurali:
 - Termine di richiesta quesiti: 09/01/2025 ore 18:00
 - Termine presentazione offerte: 27/01/2025 ore 18:00
 - Prima seduta pubblica virtuale: 28/01/2025 ore 10:00

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha risposto ai quesiti proposti entro i termini previsti all’articolo 88, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, rendendo disponibili le informazioni richieste sulla piattaforma telematica di gestione della procedura e sul sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> nella sezione “Bandi e Avvisi”;

CONSIDERATO che in sede di risposte ai quesiti è emersa l’opportunità di rettificare come segue gli atti di gara al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità:

- Allegato 5 - Griglie dei punteggi tecnici: per il Lotto 1 relativamente ai punteggi massimi attribuibili ai criteri di valutazione 3.2-3.3-3.4-4.1-4.2-6.2;

VISTO l’articolo 92, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2026;

RITENUTO pertanto di prorogare i termini procedurali come segue:

- Termine presentazione offerte: 11/02/2025 ore 18:00
- Data prima seduta: 12/02/2025 ore 10:00

DATO ATTO che il documento di gara rettificato Allegato 5 - Griglie dei punteggi tecnici è allegato al presente provvedimento parte integrante e sostanziale e sarà reso disponibile sulla piattaforma telematica di gestione della procedura e sul sito

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> nella sezione “Bandi e Avvisi”, dove saranno apportate le modifiche alle indicazioni dei termini procedurali;

RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo di Committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)”, sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto

DETERMINA

1. di rettificare come segue gli atti di gara della procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 3 Lotti di gara, indetta con Determinazione n. G16228 del 02/12/2024:
 - Allegato 5 - Griglie dei punteggi tecnici: per il Lotto 1 relativamente ai punteggi massimi attribuibili ai criteri di valutazione 3.2-3.3-3.4-4.1-4.2-6.2;
2. di prorogare, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2026, i termini procedurali come segue:
 - Termine presentazione offerte: 11/02/2025 ore 18:00
 - Data prima seduta: 12/02/2025 ore 10:00
3. di allegare il documento rettificato Allegato 5 - Griglie dei punteggi tecnici al presente provvedimento parte integrante e sostanziale e di renderlo disponibile sulla piattaforma telematica di gestione della procedura e sul sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> nella sezione “Bandi e Avvisi”, dove saranno apportate le modifiche alle indicazioni dei termini procedurali;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo di Committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)”, sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> e sul BURL.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Dott. Paolo Alfarone



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA DI SISTEMI PER PRELIEVO EMATICO SOTTOVUOTO E
DISPOSITIVI DI RACCOLTA CAMPIONE OCCORRENTI ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

ALLEGATO 5

GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO



Griglie criteri punteggio tecnico

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Tipologia" vengono indicati:

- con la lettera T i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera D i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Di seguito si riportano le griglie dei criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica:

LOTTO I – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO					
#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
1	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TAPPI	1.1	OPERAZIONE STAPPATURA Compatibilità del tappo con sistemi analitici e preanalitici (ad. esempio posta pneumatica) mediante autodichiarazione e/o certificazione - Si: 5 punti; - No: 0 punti.	T	5
2	CARATTERISTICHE DEGLI ADDITIVI	2.1	QUALITÀ ED EFFICIENZA DELL'ANTIGLICOLITICO Verrà premiata la qualità dell’anti-glicolitico: Specificamente verrà valutata la capacità di stabilizzare il livello di glucosio nel minor tempo possibile per evitare la glicolisi (falsi risultati). Dovrà essere esplicitamente espresso il valore (in minuti) nella documentazione prodotta. Il punteggio verrà attribuito attraverso la seguente formula: $Va=Rmin/Ra$ In cui: - $Va=$ è il coefficiente attribuito all’offerta del Concorrente “a”;	Q	5



ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO I – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			- Rmin= è capacità di stabilizzare il livello di glucosio nel minor tempo possibile per evitare la glicolisi (falsi risultati) dichiarata tra le offerte ricevute.; - Ra= è capacità di stabilizzare il livello di glucosio nel minor tempo possibile per evitare la glicolisi (falsi risultati) dichiarata dal Concorrente “a”.		
		QUALITÀ ED EFFICIENZA DEGLI ADDITIVI Verrà premiata la qualità, la stabilità e la non interferenza di tutti gli additivi (incluso il separatore). La valutazione sarà effettuata sulla base di studi pubblicati su riviste scientifiche impattate. Per ogni IF dichiarato l'OE deve dichiarare\autocertificare il punteggio ufficialmente riconosciuto. Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=1$ all'offerta che presenta il punteggio totale più alto Impact Factor (IF). 2.2 I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: $Va=Ra/Rmax$ In cui: - Va= è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente “a”; - Ra= è la somma dell'Impact Factor attribuito a ciascuna rivista scientifica su cui sono pubblicati articoli relativi al criterio dichiarato dal Concorrente “a”; - Rmax= è l'Ra maggiore tra le offerte ricevute.		Q	5
3	CARATTERISTICHE DEI SISTEMI	3.1	CAMERA DI VISUALIZZAZIONE Possibilità di controllo visivo di corretto accesso in vena con camera di visualizzazione (precamera) per il set di prelievo costituito da: Ago G21 e G22; Adattatore Luer. Si: 5 punti; No: 0 punti.	T	5
		3.2	EFFETTO MEMORIA	D	5



ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO I – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			Mancanza di effetto memoria sul raccordo degli aghi a farfalla. Sarà valutata la capacità del tubicino di raccordo di mantenere la sua forma originale.		
		3.3	DISPONIBILITÀ MISURE DI AGO A FARFALLA Disponibilità di ago a farfalla da G21 e G23 con 5 facce - Si: 3 punti; - No: 0 punti.	T	2
		3.4	DISPONIBILITÀ MISURE DI AGO A FARFALLA Disponibilità di ago a farfalla da G25 con 5 facce - Si: 5 punti; - No: 0 punti.	T	2
		3.5	PRODUTTORE DEI SISTEMI Sistema di prelievo e componenti (provette, aghi a farfalla, aghi retti, camicie, adattatori Luer) dello stesso produttore. - Si: 6 punti; - No: 0 punti.	T	6
4	SISTEMA DI SICUREZZA	4.1	USABILITÀ E MANEGGEVOLEZZA DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEGLI AGHI A FARFALLA Caratteristiche del sistema di sicurezza AGHI A FARFALLA: maneggevole, pratico (ugnaturo) e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile (con una sola mano), non interferente con l'utilizzo del dispositivo.	D	6
		4.2	USABILITÀ E MANEGGEVOLEZZA DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEGLI AGHI RETTI Caratteristiche del sistema di sicurezza AGHI RETTI: maneggevole, pratico (ugnaturo) e affine all'uso del dispositivo convenzionale, non rimovibile, facilmente riconoscibile ed intuitivo, rapidamente attivabile (con	D	6

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO I – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			una sola mano), non interferente con l'utilizzo del dispositivo.		
5	SISTEMI IDONEI AD ABBATTERE FENOMENI DI EMOLISI	5.1	DISPONIBILITÀ DI SISTEMI IDONEI AD ABBATTERE FENOMENI DI EMOLISI Disponibilità a fornire, in aggiunta e su richiesta delle AASS, anche sistemi di prelievo ematico idonei ad abbattere il fenomeno dell'emolisi da paziente critico (vuoto manuale o sistemi equivalenti). Il sistema dovrà essere fornito allo stesso prezzo offerto per il corrispondente con vuoto precalibrato. - Sì: 2 punti; - No: 0 punti.	T	2
6	SERVIZI ACCESSORI	6.1	PROGRAMMA DI FORMAZIONE Valutazione di una relazione avente ad oggetto il progetto formativo proposto per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli operatori, con particolare riferimento a: qualifica dei formatori; numero di giornate di formazione; presenza di corsi ECM; modalità operative di svolgimento.	D	3
		6.2	ASSISTENZA TECNICA Saranno valutate le modalità di assistenza tecnica su richiesta dell'Azienda sanitaria, con riferimento a modalità di erogazione del servizio, tempi di intervento, numero e qualifica dei tecnici impiegati sul territorio, eventuale assistenza on-line.	D	4
		6.3	SUPPORTO AL MONITORAGGIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI LABORATORIO Sarà valutato il supporto volto al miglioramento e all'efficientamento continuo dei processi di laboratorio (anche ai fini dell'accreditamento/mantenimento della certificazione ISO 15189:3033)	D	3



ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO I – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
7	VALIDITÀ DEI PRODOTTI OFFERTI	7.1	PERIODO DI VALIDITÀ DEI PRODOTTI OFFERTI Il punteggio verrà attribuito all'ampiezza del periodo di validità per i prodotti offerti, secondo la seguente formula: $Va = Ra / Rmax$ Dove: - Va = è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra = Periodo di validità (n. di mesi) offerto dalla ditta i-esima; - $Rmax$ = Periodo di validità (n. di mesi) massimo offerto dalle ditte. Il punteggio verrà attribuito rispetto al periodo di validità offerto per le seguenti tipologie di prodotto: - provette con attivatore della coagulazione (siero) (max 1 punto); - provette con EDTA K2/K3 (max 1 punto); - provette con Sodio Citrato (max 1 punto).	Q	3
8	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	8.1	UTILIZZO MATERIALI RICICLATI Verrà premiato l'utilizzo di materiali riciclati rispetto al peso totale del confezionamento secondario e/o di trasporto. - $\geq 80\%$ in peso se in carta o cartone: 4 punti - $< 80\%$ in peso se in carta o cartone: 0 punti	T	4
		8.2	CERTIFICAZIONI AMBIENTALI Possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese in ambito di sostenibilità ambientale. - Si: 2 punti - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà	T	2



ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO I – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.		
9	RESPONSABILITA' SOCIALE	9.1	CERTIFICAZIONE SOCIALE Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente - Si: 2 punti - No: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	2
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE					70

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 2 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
1	CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI	1.1	USABILITÀ E MANEGGEVOLEZZA DEL CONTENITORE CON SONDA DI PRELIEVO DELLE URINE Verrà premiata la maneggevolezza del dispositivo tramite prova d'uso su campionatura.	D	5
		1.2	AMPIEZZA GAMMA MISURE DEI CONTENITORI STERILI Disponibilità di contenitori sterili tra 50ml e 70ml. Si: 3 punti; No: 0 punti	T	3
2	CARATTERISTICHE DELLA SONDA	2.1	USABILITÀ E MANEGGEVOLEZZA DELLA SONDA DI PRELIEVO DELLE URINE Verrà premiata la maneggevolezza del dispositivo tramite prova d'uso su campionatura	D	5
		2.2	AMPIEZZA GAMMA MISURE PER LA SONDA DI PRELIEVO (STERILE-NON STERILE) PER IL CAMPIONAMENTO DELLE URINE Il punteggio verrà attribuito all'offerta di ulteriori misure della sonda di trasferimento. Il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula: $Va = Ra / Rmax$ Dove: - Va = è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra = è il numero misure aggiuntive della sonda di trasferimento offerte dalla ditta a-esima oltre quanto previsto nel Capitolato tecnico. - $Rmax$ = è il numero di misure aggiuntive della sonda di trasferimento offerto più elevato dichiarato tra le offerte ricevute	Q	4
3	CARATTERISTICHE DELLE PROVETTE	3.1	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE Il punteggio verrà attribuito alla funzionalità,	D	5



ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 2 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			sicurezza (assenza di perdite) e maneggevolezza del sistema durante le manovre di aspirazione del campione dal contenitore alla provetta.		
		3.2	EFFICIENZA DELL'ASPIRAZIONE DEL VOLUME PREVISTO Da campione e prova d'uso verrà premiata l'efficienza dell'aspirazione del volume previsto dalla provetta.	D	5
		3.3	CONSERVANTE PER LE ANALISI CHIMICO FISICHE Disponibilità di provetta delle urine sottovuoto fondo conico con conservante per le analisi chimico-fisiche. - Si: 2 punti; - No: 0 punti.	T	2
4	CARATTERISTICHE DEGLI ADDITIVI	4.1	QUALITA' STABILITA' E NON INTERFERENZA Verrà premiata la qualità, stabilità, non interferenza di tutti gli additivi. La valutazione sarà effettuata sulla base di studi pubblicati su riviste scientifiche impattate. Per ogni IF dichiarato l'OE deve dichiarare\autocertificare il punteggio ufficialmente riconosciutogli. Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=I$ all'offerta che presenta il punteggio totale più alto Impact Factor (IF). I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: $Va=Ra/Rmax$ In cui: - $Va=$ è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - $Ra=$ è la somma dell'Impact Factor derivante dalle singole riviste su cui sono pubblicati articoli relativi al criterio dichiarato dal Concorrente "a"; - $Rmax=$ è l' Ra maggiore tra le offerte ricevute.	Q	6



ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 2 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
		4.2	NUMERO DI SPECIE BATTERICHE VALIDATE Verrà valutata la quantità di specie batteriche su cui è validato l'additivo comprovata da autodichiarazioni e/o certificazioni. Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=1$ all'offerta che presenta il più alto numero di specie batteriche validate. I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: $V_a = R_a / R_{max}$ In cui: - V_a = è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - R_a = è il numero di specie batteriche validate dall'additivo offerto; - R_{max} = è il R_a maggiore tra le offerte ricevute.	Q	5
5	DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA URINE	5.1	USABILITÀ E MANEGGEVOLEZZA DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA URINE Il punteggio verrà attribuito valutando la sicurezza del dispositivo per la raccolta delle urine in termini di assenza di perdite del sistema e di rischio di contaminazione per l'operatore/utente e di perfetta chiusura del tappo, tramite prova d'uso su campionatura.	D	6
6	SERVIZI ACCESSORI	6.1	PROGRAMMA DI FORMAZIONE Valutazione di una relazione avente ad oggetto il progetto formativo proposto per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli operatori, con particolare riferimento a: qualifica dei formatori; numero di giornate di formazione; presenza di corsi ECM; modalità operative di svolgimento.	D	4
		6.2	ASSISTENZA TECNICA	D	4

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 2 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			Saranno valutate le modalità di assistenza tecnica su richiesta dell'Azienda sanitaria, con riferimento a modalità di erogazione del servizio, tempi di intervento, numero e qualifica dei tecnici impiegati sul territorio, eventuale assistenza on-line.		
		6.3	SUPPORTO AL MONITORAGGIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI LABORATORIO Il punteggio verrà attribuito al supporto volto al miglioramento e all'efficientamento continuo dei processi di laboratorio (anche ai fini dell'accreditamento dell'attività della UNI EN ISO 15189:2023)	D	4
7	VALIDITÀ DEI PRODOTTI OFFERTI	7.1	PERIODO DI VALIDITÀ DEI PRODOTTI OFFERTI Il punteggio verrà attribuito all'ampiezza del periodo di validità per i prodotti offerti, secondo la seguente formula: $Va = Ra / Rmax$ Dove: - Va = è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra = Periodo di validità (n. di mesi) offerto dalla ditta a-esima. - $Rmax$ = Periodo di validità (n. di mesi) massimo offerto dalle ditte. Il punteggio verrà attribuito rispetto al periodo di validità offerto per tutte le tipologie di prodotto definite per il Lotto 2.	Q	5
8	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	8.1	UTILIZZO MATERIALI RICICLATI Verrà premiato l'utilizzo di materiali riciclati (DM24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto.	T	3



ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 2 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			- >= 80% in peso se in carta o cartone: 3 punti - < 80% in peso se in carta o cartone: 0 punti		
		8.2	CERTIFICAZIONI AMBIENTALI Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.). Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula: - Presenza di certificazioni ambientali: 2 punto - Assenza di certificazioni ambientali: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	2
9	RESPONSABILITA' SOCIALE	9.1	CERTIFICAZIONE SOCIALE Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente - Presenza di certificazioni ambientali: 2 punti - Assenza di certificazioni ambientali: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	2
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE					70



**REGIONE
LAZIO**

ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

Copia

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 3 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
I	CARATTERISTICHE DELLE LANCETTE	I.1	ATRAUMATICITA' E LIVELLO DI PENETRAZIONE DEL DISPOSITIVO LANCETTE CON LAMA A SCATTO Verrà premiata l'atraumaticità e il livello di penetrazione del dispositivo. La valutazione sarà effettuata sulla base di studi pubblicati su riviste scientifiche impattate. Per ogni IF dichiarato l'OE deve dichiarare\autocertificare il punteggio ufficialmente riconosciutogli. Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=I$ all'offerta che presenta il punteggio totale più alto Impact Factor (IF). Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=I$ all'offerta che presenta il più alto Impact Factor. I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: $Va=Ra/Rmax$ In cui: - Va= è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra= è la somma dell'Impact Factor attribuito a ciascuna rivista scientifica su cui sono pubblicati articoli relativi al criterio dichiarato dal Concorrente "a"; - $Rmax$= è il Ra maggiore tra le offerte ricevute.	Q	10

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 3 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio	Tipologia (Q/T/D)	P MAX
		1.2 ATRAUMATICITA' E LIVELLO DI PENETRAZIONE DEL DISPOSITIVO LANCETTE CON AGO A SCATTO Verrà premiata l'atraumaticità e il livello di penetrazione del dispositivo. La valutazione sarà effettuata sulla base di studi pubblicati su riviste scientifiche impattate. Per ogni IF dichiarato l'OE deve dichiarare\autocertificare il punteggio ufficialmente riconosciutogli. Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=I$ all'offerta che presenta il punteggio totale più alto Impact Factor (IF). Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=I$ all'offerta che presenta il più alto Impact Factor. I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: $Va=Ra/Rmax$ In cui: - Va= è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra= è la somma dell'Impact Factor attribuito a ciascuna rivista scientifica su cui sono pubblicati articoli relativi al criterio dichiarato dal Concorrente "a"; - $Rmax$= è il Ra maggiore tra le offerte ricevute.	Q	10
		1.3 USABILITÀ E MANEGGEVOLEZZA NELL'UTILIZZO DELLE LANCETTE Verrà premiata la facilità d'uso per l'operatore nell'utilizzo dei sistemi di prelievo venoso, tramite prova d'uso su campione.	D	6
		1.4 SICUREZZA E FUNZIONALITA' NELLE OPERAZIONI DI PERFORAZIONE Verranno premiate le soluzioni per garantire la sicurezza e la funzionalità nelle operazioni di	D	6

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 3 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			perforazione. La valutazione sarà effettuata sulla base delle schede tecniche.		
2	CARATTERISTICHE DEGLI ADDITIVI	2.1	QUALITA' ED EFFICIENZA DEGLI ADDITIVI Verrà premiata la qualità, stabilità e non interferenza di tutti gli additivi (incluso il separatore). La valutazione sarà effettuata sulla base di studi pubblicati su riviste scientifiche impattate. Per ogni IF dichiarato l'OE deve dichiarare\autocertificare il punteggio ufficialmente riconosciuto. Verrà attribuito il coefficiente massimo $V(a)=1$ all'offerta che presenta il punteggio totale più alto Impact Factor (IF). I restanti punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula: $Va=Ra/Rmax$ In cui: - Va = è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra = è la somma dell'Impact Factor attribuito a ciascuna rivista scientifica su cui sono pubblicati articoli relativi al criterio dichiarato dal Concorrente "a"; - $Rmax$ = è l' Ra maggiore tra le offerte ricevute.	Q	10
3	SERVIZI ACCESSORI	3.1	PROGRAMMA DI FORMAZIONE Valutazione di una relazione avente ad oggetto il progetto formativo proposto per lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze degli operatori, con particolare riferimento a: qualifica dei formatori; numero di giornate di formazione; presenza di corsi ECM; modalità operative di svolgimento.	D	5
		3.2	ASSISTENZA TECNICA Saranno valutate le modalità di assistenza tecnica su richiesta dell'Azienda sanitaria, con riferimento	D	4

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 3 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
			a modalità di erogazione del servizio, tempi di intervento, numero e qualifica dei tecnici impiegati sul territorio, eventuale assistenza on-line.		
		3.3	SUPPORTO AL MONITORAGGIO PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI LABORATORIO Il punteggio verrà attribuito al supporto volto al miglioramento e all'efficientamento continuo dei processi di laboratorio (anche ai fini dell'accreditamento dell'attività della UNI EN ISO 15189:2023).	D	4
4	VALIDITÀ DEI PRODOTTI OFFERTI	4.1	PERIODO DI VALIDITÀ DEI PRODOTTI OFFERTI Il punteggio verrà attribuito all'ampiezza del periodo di validità per i prodotti offerti, secondo la seguente formula: $Va = Ra / Rmax$ Dove: - Va = è il coefficiente attribuito all'offerta del Concorrente "a"; - Ra = Periodo di validità (n. di mesi) offerto dalla ditta i-esima. - $Rmax$ = Periodo di validità (n. di mesi) massimo offerto dalle ditte. Il punteggio verrà attribuito rispetto al periodo di validità offerto per tutte le tipologie di prodotto definite per il Lotto 3.	Q	6
5	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	5.1	UTILIZZO MATERIALI RICICLATI Verrà premiato l'utilizzo di materiali riciclati (DM24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) rispetto al peso totale dei secondari e/o di trasporto. - $\geq 80\%$ in peso se in carta o cartone: 5 punti - $< 80\%$ in peso se in carta o cartone: 0 punti	T	5

**ALLEGATO 5 - Griglie criteri punteggio tecnico**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e dispositivi di raccolta campione occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio

LOTTO 3 – GRIGLIE CRITERI PUNTEGGIO TECNICO

#	Caratteristica	Criterio e modalità di attribuzione del punteggio		Tipologia (Q/T/D)	P MAX
		5.2	CERTIFICAZIONI AMBIENTALI Il punteggio verrà attribuito al possesso di certificazioni che attestino le misure intraprese dalla ditta in ambito di sostenibilità ambientale (ad es. UNI EN ISO 14001, EMAS, etc.). Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula: - Presenza di certificazioni ambientali: 2 punti - Assenza di certificazioni ambientali: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	2
6	RESPONSABILITA' SOCIALE	6.1	CERTIFICAZIONE SOCIALE Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente - Presenza di certificazioni ambientali: 2 punti - Assenza di certificazioni ambientali: 0 punti Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	2
PUNTEGGIO TECNICO TOTALE					70