



Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. 603154 del 15/03/2018

Proposta n. 4167 del 12/03/2018

Oggetto:

Presenza d'atto dei verbali della Commissione Giudicatrice di gara dell'8 e del 13 febbraio 2018 e rettifica della graduatoria del lotto n.5 di cui alla determinazione n.G15366 del 14 novembre 2017 concernente: "Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare (Sdapa Consip ID 1133168) n. gara 6365886 - Aggiudicazione ai sensi dell'art.11 del d.lgs.n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni".

Proponente:

Estensore	FRANCO TERESA	<u>Teresa Franco</u>
Responsabile del procedimento	FRANCO TERESA	<u>Teresa Franco</u>
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	S. ACANFORA	<u>S. Acanfora</u>
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Presa d'atto dei verbali della Commissione Giudicatrice di gara dell'8 e del 13 febbraio 2018 e rettifica della graduatoria del lotto n.5 di cui alla determinazione n.G15366 del 14 novembre 2017 concernente: "Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare (Sdapa Consip ID 1133168) n. gara 6365886 - Aggiudicazione ai sensi dell'art.11 del d.lgs.n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito ss.mm.ii.);

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che introduce norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 21 del 26 gennaio 2016, con la quale è stato conferito al Dott. Stefano Acanfora l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04582 del 5 maggio 2016, così come modificata da successive determinazioni, concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti" che identifica l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, all'interno della Direzione, quale struttura deputata all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per le Aziende Sanitarie;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n.U00323 del 6 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione del programma delle gare regionali da espletare fino al 31 dicembre 2016” che prevede che le Aziende Sanitarie diano delega alla Centrale Acquisti per espletare la gara avente ad oggetto la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare;

TENUTO CONTO che con determinazione n.G03168 del 1 aprile 2016 sono stati approvati gli atti dell’Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare ed è stata autorizzata l’indizione della gara che presenta le seguenti caratteristiche:

durata contratto 48 mesi;

valore complessivo euro 62.271.648,80;

prezzi unitari a base d’asta per unità di misura (di seguito U.M.): servizio di ossigenoterapia domiciliare (U.M. giornate di terapia) euro 0,60; ossigeno liquido (U.M. metri cubi) euro 1,10; servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile (U.M. giornate di terapia) euro 2,60;

suddivisione in 6 lotti così composti:

lotto 1) Asl Roma 1 valore complessivo a base d’asta euro 10.488.767,20;

lotto 2) Asl Roma 2 valore a base d’asta euro 12.272.144,80;

lotto 3) Asl Roma 3 e Asl Roma 4 valore a base d’asta euro 9.859.352,40;

lotto 4) Asl Roma 5 e Asl Roma 6 valore a base d’asta euro 12.478.851,20;

lotto 5) Asl Rieti e Asl Viterbo valore a base d’asta euro 8.224.250,80;

lotto 6) Asl Frosinone e Asl Latina valore a base d’asta euro 8.948.282,40;

contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie che hanno la responsabilità della gestione e dell’esecuzione dei contratti di fornitura per i quali sosterranno le relative spese e procederanno ad effettuare tutti gli adempimenti previsti, compresa la nomina, per la fase di esecuzione del proprio RUP e, laddove necessario, del Direttore dell’Esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che a scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte è stata costituita, con determinazione n.G8200 del 18 luglio 2016, la Commissione Giudicatrice di gara composta da un Presidente sorteggiato tra i dirigenti della Regione Lazio e da due membri sorteggiati tra esperti della fornitura oggetto dell’Appalto, dipendenti delle Aziende Sanitarie del Lazio ed indicati dai rispettivi Direttori Generali;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, a conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice di gara, ha proceduto, con l’adozione della determinazione n.G15366 del 14 novembre 2017 all’aggiudicazione dell’Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare in favore delle ditte prime classificate e precisamente:

LOTTO 1 (Asl Roma 1):

I) Rti costituendo Vivisol + Medigas Italia: punteggio totale 97,56 (tecnica 37,56 + economica 60) per un importo di euro 9.994.307,20 di cui 0,57 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,05 per ossigeno liquido e 2,42 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

LOTTO 2 (Asl Roma 2):

I) Vitalaire Italia: punteggio totale 100 (tecnica 40 + economica 60) per un importo di euro 10.549.520,08 di cui 0,58 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 0,91 per ossigeno liquido e 1,80 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

LOTTO 3 (Asl Roma 3 e Asl Roma 4):

I) Rti costituendo Linde Medicale+Sico spa+ I.B.O.: punteggio totale 99,27 (tecnica 39,27 + economica 60) per un importo di euro 8.069.969,40 di cui 0,58 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 0,85 per ossigeno liquido e 2,40 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

II) Rti costituendo Vivisol +Medigas Italia: punteggio totale 82,91 (tecnica 33,77 + economica 49,14) per un importo di euro 9.854.096,40 di cui 0,60 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,10 per ossigeno liquido e 2,55 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

LOTTO 4 (Asl Roma 5 e Asl Roma 6):

I) Medicaire Centro: punteggio totale 98,29 (tecnica 38,29 + economica 60) per un importo di euro 11.804.924,60 di cui 0,55 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,05 per ossigeno liquido e 2,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

LOTTO 5 (Asl Rieti ed Asl Viterbo):

I) Vitalaire Italia: punteggio totale 96,64 (tecnica 40 + economica 56,64) per un importo di euro 8.165.726,72 di cui 0,60 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,09 per ossigeno liquido e 2,59 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

II) Sapio Life+Medicaire Centro: punteggio totale 96,21 (tecnica 36,21 + 60) per un importo di euro 7.708.199,28 di cui 0,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,06 per ossigeno liquido e 2,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

LOTTO 6 (Asl Frosinone ed Asl Latina):

I) Voxisud: punteggio totale 98,66 (tecnica 38,66 + economica 60) per un importo di euro 6.467.811,20 di cui 0,41 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 0,80 per ossigeno

liquido e 2,30 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile;

II) Rti costituendo Vivisol + Medigas Italia: punteggio totale 83,85 (tecnica 35,37 + economica 48,48) per un importo di euro 8.004.055,20 di cui 0,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,00 per ossigeno liquido e 2,34 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile;

TENUTO CONTO che l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla determinazione n.G15366 del 14 novembre 2017, è condizionata alla verifica sugli aggiudicatari del possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 38 e 48 del d.lgs.n.163/06 e ss.mm.ii. ed al loro esito favorevole;

CONSIDERATO che i controlli di cui sopra sono stati avviati, sugli aggiudicatari e sui secondi classificati, subito dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione e che, alla data odierna, non sono ancora definitivamente conclusi e, pertanto, le Aziende Sanitarie non hanno proceduto alla stipula dei relativi contratti con i soggetti risultati aggiudicatari della procedura di gara;

RILEVATO che la Sapio Life capogruppo dell'ATI costituendo Sapio Life+Medicair Centro, risultata seconda classificata per il lotto n.5, ha proposto ricorso con istanza cautelare al TAR del Lazio (R.G.n.13280/2017) contro la Regione Lazio e nei confronti della controinteressata Vitalaire Italia contestando l'operato della Stazione Appaltante e della Commissione giudicatrice che ha condotto all'aggiudicazione del lotto n.5 in favore di Vitalaire chiedendo, tra l'altro, l'annullamento della determinazione n. G15366 del 14 novembre 2017 limitatamente al lotto n.5 e *“per l'effetto dichiarare il diritto all'aggiudicazione in capo all'ATI Sapio Life”*;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha manifestato interesse a costituirsi in giudizio con determinazione n. G00145 del 9 gennaio 2018;

CONSIDERATO che gli atti di gara richiedevano agli operatori economici partecipanti alla gara, tra i prodotti oggetto della fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare, anche la disponibilità di concentratori di tipo “B” ed il capitolato tecnico ne indicava le modalità di attribuzione del punteggio come di seguito indicato:

- attribuzione di massimo 1 punto, sulla base della scheda tecnica presentata, per la rumorosità indicando come valore soglia 45 decibel da calcolarsi secondo la formula: $V(i)j = N(i)j / N(\max)j$ ove $N(i)j$ è dato dal valore massimo che può assumere l'elemento valore soglia 45 decibel meno il valore assunto dall'elemento offerto dalla concorrente “i”/ $N(\max)j$ è dato dal valore massimo che può assumere l'elemento valore soglia 45 decibel meno il valore più basso tra quelli offerti;

- l'attribuzione di massimo 1 punto, sulla base della scheda tecnica presentata, per l'autonomia complessiva del concentratore comprensivo di una batteria ricaricabile di riserva da calcolarsi secondo la formula: valore soglia 6 ore= massimo punti 1 da attribuirsi tramite la formula $V(i)j =$

$N(i)/N(\max)j$ ove l'offerta migliore è la più alta (offerte superiori al valore soglia di 6 ore), ove $N(i)j$ è dato dal valore assunto dall'elemento offerto dalla concorrente "i" meno il valore soglia 6 ore/ $N(\max)j$ è dato dal valore massimo offerto meno il valore soglia 6 ore;

TENUTO CONTO che nei motivi del suindicato ricorso, la Sapio Life contestava in particolare, la differenza di punteggio attribuito dalla Commissione, alla stessa Sapio Life ed alla Vitalaire Italia, per le caratteristiche qualitative dei concentratori di tipo "B" sulla rumorosità e sull'autonomia e precisamente:

-Sapio Life 0,29 per la rumorosità e 0,67 per l'autonomia;

-Vitalaire Italia 1,00 per la rumorosità e 1,00 per l'autonomia;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice di gara, in considerazione di quanto ravvisato dalla società ricorrente, il giorno 8 febbraio 2018 su invito della Stazione Appaltante, trattandosi di questione squisitamente tecnica, si è riunita per verificare le schede tecniche degli apparecchi offerti, e, all'esito delle operazioni di verifica, riapplicando la formula presente nel capitolato tecnico di gara il punteggio corretto, come da verbale dell'8 febbraio 2018, è risultato il seguente:

-Sapio Life 0,29 per la rumorosità e 0,00 per l'autonomia;

-Vitalaire Italia 0,29 per la rumorosità e 0,00 per l'autonomia;

PRESO ATTO che, nel frattempo, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.13 comma 6 del decreto legislativo n.163/06 e ss.mm.ii. ed alla legge n.241/90, integrata dalla legge n.15/20005, ha consentito ad entrambe le parti l'accesso integrale alla documentazione di gara;

RILEVATO che con nota prot.93088 del 12 febbraio 2018 l'Avvocatura regionale trasmetteva alla Stazione Appaltante i "motivi aggiunti" presentati dalla Sapio Life nei quali si ribadiva, tra l'altro, l'errata attribuzione del punteggio per i concentratori di tipo "B";

TENUTO CONTO che la Commissione giudicatrice di gara si è nuovamente riunita in data 13 febbraio 2018 presso la Regione Lazio e confermando i punteggi così come ricalcolati nel verbale dell'8 febbraio 2018, ha rettificato la precedente graduatoria relativa al lotto 5, che era stata trasmessa al RUP con nota prot.549556 del 30 ottobre 2017, modificandola come di seguito indicato:

- punteggio tecnico precedentemente attribuito e riportato nella determinazione n. G15366 del 14 novembre 2017:

Vitalaire Italia offerta tecnica punti 40

Sapio Life offerta tecnica punti 36,21

- punteggio tecnico rettificato come da verbale del 13 febbraio 2018:

Vitalaire Italia offerta tecnica punti 38,29

Sapio Life offerta tecnica 35,54

- nuova graduatoria per il lotto n.5 alla luce dei punteggi tecnici rettificati:

1) Sapio Life offerta tecnica 35,54

Offerta economica punti 60,00 = TOTALE 95,54

2) Vitalaire Italia offerta tecnica punti 38,29

Offerta economica punti 56,64 = TOTALE 94,93

PRESO ATTO dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice di gara in data 8 e 13 febbraio 2018 che, formano parte sostanziale ed integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto emerso dai verbali suindicati, si ritiene:

- di procedere in sede di autotutela alla parziale rettifica della determinazione n. G15366 del 14 novembre 2017 limitatamente all'aggiudicazione del lotto 5 disponendo per l'effetto l'aggiudicazione dello stesso in favore dell'ATI costituenda Sapio Life+Medicair Centro anziché della Vitalaire Italia;

-di confermare tutto quanto ulteriormente contenuto nella determinazione n. G15366 del 14 novembre 2017;

TENUTO CONTO che con note prot.n. U010400 e U0101421 del 22 febbraio 2018, regolarmente ricevute dai destinatari, è stata data comunicazione di avvio del procedimento rispettivamente alla Vitalaire Italia ed al costituendo ATI Sapio Life +Medicair Centro concedendo 10 giorni per esprimere eventuali osservazioni e/o controdeduzioni da formalizzarsi per iscritto e da trasmettere alla Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che il costituendo ATI Sapio Life +Medicair Centro ha fatto pervenire in data 6 marzo 2018 nota prot.122528 nella quale si dice, tra l'altro, disposta ad abbandonare il ricorso pendente avanti il TAR Lazio e che la Vitalaire Italia non ha fatto pervenire alcuna osservazione/controdeduzione al riguardo;

RITENUTO, pertanto, di procedere in sede di autotutela alla parziale rettifica della determinazione n. G15366 del 14 novembre 2017 limitatamente all'aggiudicazione del lotto 5 disponendo per l'effetto l'aggiudicazione in favore dell'ATI costituenda Sapio Life+Medicair Centro come di seguito indicato:

1) Sapio Life offerta tecnica 35,54

Offerta economica punti 60,00 = TOTALE 95,54

punteggio totale 95,54 (tecnica 35,54 + economica 60) per un importo di euro 7.708.199,28 di cui 0,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,06 per ossigeno liquido e 2,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportatile/portatile;

2) Vitalaire Italia offerta tecnica punti 38,29

Offerta economica punti 56,64 = TOTALE 94,93

punteggio totale 94,93 (tecnica 38,29 + economica 56,64) per un importo di euro 8.165.726,72 di cui 0,60 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,09 per ossigeno liquido e 2,59 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante ha già avviato l'istruttoria tesa alla verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalla Sapio Life srl, ai sensi degli artt.38 e 48 del d.lgs.n.163/06 e ss.mm.ii. riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

PRESO ATTO, altresì, che sia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno aperto a carico della Regione Lazio, un procedimento di "Richiesta di informazioni" relativamente alla possibile intesa esistente fra le imprese partecipanti alla gara e volta a limitare il confronto concorrenziale tra le stesse;

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi dell'art.11, comma 8, del d.lgs.n.163/06 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui agli articoli 38 e 48 del medesimo decreto e che la successiva stipula del contratto tra l'Azienda Sanitaria e l'aggiudicatario è subordinata alla positiva definizione delle procedure aperte sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

TENUTO CONTO che con determinazioni nn. G01365 e 01511 del febbraio 2018, è stata effettuata la ripartizione delle quote che gli aggiudicatari devono rimborsare alla Stazione Appaltante per il recupero delle spese delle pubblicazioni obbligatorie anticipate dalla Regione Lazio e, pertanto, verrà adottata una ulteriore atto per disporre a carico del costituendo ATI Sapio Life+Medicaire Centro, la quota da restituire alla Regione Lazio per il lotto n.5;

RITENUTO di notificare il presente atto alla Sapio Life, alla Vitalaire Italia e di pubblicarlo sul BURL, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it nonché sul sito della Consip www.acquistinretepa.it;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- di approvare l'operato della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n.G8200 del 18 luglio 2016 e prendere atto dei verbali delle sedute riservate dell'8 e del 12 febbraio 2018, allegati al presente atto e che ne formano parte sostanziale ed integrante;
- di procedere in sede di autotutela alla parziale rettifica della determinazione n. G15366 del 14 novembre 2017 limitatamente all'aggiudicazione del lotto 5 disponendo per l'effetto

l'aggiudicazione dello stesso in favore dell'ATI costituenda Sapio Life+Medicair Centro anziché della Vitalaire Italia come di seguito indicato:

1) Sapio Life offerta tecnica 35,54

Offerta economica punti 60,00 = TOTALE 95,54

punteggio totale 95,54 (tecnica 35,54 + economica 60) per un importo di euro 7.708.199,28 di cui 0,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,06 per ossigeno liquido e 2,50 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile;

2) Vitalaire Italia offerta tecnica punti 38,29

Offerta economica punti 56,64 = TOTALE 94,93

punteggio totale 94,93 (tecnica 38,29 + economica 56,64) per un importo di euro 8.165.726,72 di cui 0,60 per servizio di ossigenoterapia domiciliare, 1,09 per ossigeno liquido e 2,59 per servizio di ossigenoterapia domiciliare con concentratore trasportabile/portatile;


-di confermare tutto quanto ulteriormente contenuto nella determinazione n. G15366 del 14 novembre 2017;

- di subordinare, ai sensi dell'art.11, comma 8, del d.gls.n.163/06 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'esito favorevole dei controlli di cui agli articoli 38 e 48 del medesimo decreto e la successiva stipula del contratto tra l'Azienda Sanitaria e l'aggiudicatario alla positiva definizione delle procedure aperte sia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

-di notificare il presente atto alla Sapio Life, alla Vitalaire Italia e di pubblicarlo sul BURL, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it nonché sul sito della Consip www.acquistinretepa.it;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica.

Il Direttore
Stefano Acanfora




VERBALE RIUNIONE del 08 febbraio 2018**Oggetto: Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare**

Il giorno 08/02/2018 alle ore 15,30 circa presso la sede della Regione Lazio in via R. R. Garibaldi, 7 – Roma – palazzina B piano I stanza 47, presente il Rup d.ssa Teresa Franco con riferimento alla procedura in oggetto si è riunita su richiesta della stazione appaltante la ex Commissione, nominata con Determinazione n.G08200 del 18/07/2016, per l'espletamento dell'Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare e ha proceduto alla verifica del lavoro svolto e ha appurato un errore di digitazione nel lotto 5 concentratori tipo B.

A seguito delle verifiche sulle schede tecniche degli apparecchi offerti e di quanto oggettivamente derivante dall'applicazione della formula presente nel capitolato tecnico per la parte de-quo, risulta quanto di seguito specificato.

	lotto 5 sapio (eclipse- B)	lotto 5 vitalaire (eclipse-B)
rumorosità B	0,29	0,29
autonomia B	0,00	0,00

I prodotti esaminati in sede di gara sono stati al tempo, in effetti gli stessi e quindi è stato attribuito lo stesso punteggio. La commissione aveva ritenuto nello svolgere i lavori che l'apparecchio Equinox, offerto in aggiunta da Vitalaire, da un'analisi della scheda tecnica si era dimostrato di autonomia tangibilmente inferiore a quella dell'altro apparecchio. Dal momento che la stazione appaltante richiedeva la disponibilità di un apparecchio di tipologia A e 1 apparecchio di tipologia B si era ritenuto ragionevole valutare l'apparecchio con caratteristiche di più ampia autonomia a fronte di una minima differenza di rumorosità fra i due.


Lorella Beccarini 
 Stefania Dell'Orco 
 Enrico Maialetti 

VERBALE 13 febbraio 2018

Il giorno 13 febbraio 2018 alle ore 08,20 circa presso la sede della Regione Lazio in via R. R. Garibaldi, 7 – Roma, sono riuniti i membri nominati con Determinazione n. G08200 del 18/07/2016, quale Commissione individuata dalla Regione Lazio per l'espletamento dell'Appalto Specifico per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare.

Risultano presenti:

dott.ssa Lorella Beccarini
dott.ssa Stefania Dell'Orco
dott. Enrico Maialetti.



E' altresì presente, il RUP dott.ssa Teresa Franco, funzionario regionale della Direzione Centrale Acquisti. Premesso che:

in relazione alla procedura di cui prima in data 30.10.2017 La Commissione, avendo completato le attività di competenza, rimetteva alla Stazione appaltante la graduatoria provvisoria e i verbali dei lavori.

Che successivamente, limitatamente al lotto 5, la società **SAPIO LIFE s.r.l.** proponeva ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (prot. Regionale 641276 del 18.12.2017), chiedendo la censura di diversi elementi (relativi alla graduatoria provvisoria) e non ultimo, anche di alcune valutazioni e decisioni assunte dal consesso di cui prima ed in particolare, tra l'altro, relativamente alla parte concernente l'istruttoria del parametro "*Caratteristiche qualitative del concentratore portatile tip. B sulla base della scheda tecnica presentata. Rumorosità - valore soglia 45 decibel*", in relazione al quale l'A.T.I. Sapio Life si è visto attribuito il punteggio di 0,29 a fronte del punto assegnato a Vitalaire; e relativamente al parametro "*Caratteristiche qualitative del concentratore portatile tip. B sulla base della scheda tecnica presentata: Autonomia complessiva del concentratore comprensivo di una batteria ricaricabile di riserva – valore soglia 6 ore*" in relazione al quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 0,67 a fronte del punto conseguito da Vitalaire (vds. doc. 2 – verbale n. 15).

I membri della Commissione a seguito dell'invito della Stazione appaltante, hanno proceduto a riunirsi in seduta riservata e i componenti tecnici, hanno provveduto, in via di autotutela, a controllare nuovamente gli atti e i documenti di gara e al termine hanno rinvenuto l'errore di cui appresso:

Considerato che

Il Capitolato tecnico prevedeva - **Caratteristiche qualitative del concentratore portatile tipo B sulla base della scheda tecnica presentata. Rumorosità - valore soglia 45 decibel* $V(i)j = N(i)j / N(max)j$ dove *L'offerta migliore è la più bassa (offerte inferiori al valore soglia 45 decibel), ove $N(i)j$ è dato dal valore massimo che può assumere l'elemento valore soglia 45 decibel meno il valore assunto dall'elemento offerto dalla concorrente "i". $N(max)j$ è dato dal valore massimo che può assumere l'elemento valore soglia 45 decibel meno il valore più basso tra quelli offerti.*

Il Capitolato **Caratteristiche qualitative del concentratore portatile tipo B sulla base della scheda tecnica presentata: Autonomia complessiva del concentratore comprensivo di una batteria ricaricabile di riserva – valore soglia 6 ore*

$V(i)j = N(i)j / N(max)j$ *L'offerta migliore è la più alta (offerte superiori al valore soglia di 6 ore), ove $N(i)j$ è dato dal valore assunto dall'elemento offerto dalla concorrente "i" meno il valore soglia 6 ore $N(max)j$ è dato dal valore massimo offerto meno il valore soglia 6 ore.*

Nel caso in esame per l'operatore economico **Vitalaire** si è commesso l'errore di digitazione e calcolo di cui appresso:

Si è proceduto erroneamente: dato 45 (valore soglia) – (meno) 38 (valore digitato erroneamente) / diviso 45 (valore soglia) – (meno) 38 (migliore valore di rumorosità dei concentratori riscontrato in tutta la gara).

Punteggio errato: 1,00

In realtà per la Vitalaire si doveva inserire la formula con i punteggi di cui appresso:
dato 45 (valore soglia) – (meno) 43 (valore di rumorosità media dell'Eclipse, concentratore da valutare in quanto Equinox mostrava requisiti di rumorosità leggermente migliori ma i requisiti di autonomia, riscontrabili dalla lettura della scheda tecnica, si mostravano decisamente inferiori rispetto all'altro dispositivo offerto. In effetti raggiungeva un valore di 5,9 ore solo con gruppo di batterie da 24 celle "opzionali") / (diviso) 45 (valore soglia) – 38 (migliore valore di rumorosità dei concentratori riscontrato in tutta la gara).

Punteggio corretto: 0,29

Nel caso in esame per l'operatore economico Vitalaire si è commesso l'errore di digitazione e calcolo di cui appresso:

Si è proceduto erroneamente: dato 9 (valore offerto digitato erroneamente) – (meno) 6 (valore soglia) / (diviso) 9 (migliore valore di autonomia degli apparecchi in gara) – (meno) 6 (valore soglia).

Punteggio errato: 1,00

In realtà per la Vitalaire si doveva inserire la formula con i punteggi di cui appresso:
dato 6 (valore valutato del prodotto offerto – (meno) 6 (valore soglia) / (diviso) 9) (migliore valore di autonomia degli apparecchi in gara) – (meno) 6 (valore soglia)

Punteggio corretto: 0,00

Nel caso in esame per l'operatore economico Sapio Life s.r.l. si è commesso l'errore di digitazione e calcolo di cui appresso, esclusivamente sul dato autonomia:

Si è proceduto erroneamente: dato 8 (valore offerto digitato erroneamente in quanto non riferito al concentratore offerto) – (meno) 6 (valore soglia) / (diviso) 9 (migliore valore di autonomia degli apparecchi in gara) – (meno) 6 (valore soglia).

Punteggio errato: 0,67

In realtà per la Sapio life s.r.l. si doveva inserire la formula con i punteggi di cui appresso:
dato 6 (valore valutato del prodotto offerto – (meno) 6 (valore soglia) / diviso 9 (migliore valore di autonomia degli apparecchi in gara) – (meno) 6 (valore soglia).

Punteggio corretto: 0,00

Gli stessi calcoli relativamente alla rumorosità e autonomia, applicati all'apparecchio Equinox, sono di seguito riportati:

dato 45 (valore soglia) – (meno) 42 (valore di rumorosità media dell'Equinox) / (diviso) 45 (valore soglia) – 38 (migliore valore di rumorosità dei concentratori riscontrato in tutta la gara).

Punteggio rumorosità: 0,43

dato 3 (valore valutato del prodotto offerto – (meno) 6 (valore soglia) / (diviso) 9 (migliore valore di autonomia degli apparecchi in gara) – (meno) 6 (valore soglia).

Punteggio autonomia: - 1,00


Ritenuto per quanto prima procedere alla correzione di un errore materiale nel computo dei punteggi relativi all'offerta tecnica (esclusivamente in relazione ai concentratori portatili tipo B e al solo lotto 5) e nella conseguente rimodulazione dei punteggi assegnati alle due offerte relative al lotto 5, non trattandosi nello specifico l'esercizio di alcuna discrezionalità ma reputando di trovarsi in presenza di un errore materiale nella predisposizione dei fogli di calcolo e nella successiva trascrizione dei punteggi, emendabile.

Ritenuto altresì opportuno assumere in via di autotutela il presente atto e di procedere alla rettifica della precedente graduatoria provvisoria relativa al lotto 5 di cui alla nota prot. 549556 del 30.10.2017

Graduatoria provvisoria lotto 5

	Punteggio tecnico	Punteggio Consip	Punteggio finale tecnico	Punteggio economico	Punteggio totale
SAPLIOLIFE SRL, MEDICAIR CENTRO SRL	33,29	2,25	35,54	60,00	95,54
VITALAIRE ITALIA	33,29	5,00	38,29	56,64	94,93

Alle ore 10.35 si dichiara chiusa l'attività in seduta riservata e si consegna il presente al Rup per i provvedimenti successivi e di competenza.

Dott.ssa Lorella Beccarini 

Dott.ssa Stefania Dell'Orco 

Dott. Enrico Maialetti 