



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/03/2007

=====

ALLI 06/03/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CON LA COMPOSIZIONE:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	NICHIANGELI	Marco	"
ASTOREE	Ivano	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaello	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUF

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI DI STEFANO - RODANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 138

Oggetto:

Casa di Cura "Villa dei Fini" sita in Anzio Via Casal di Brocco, 19 gestita dalla MERINVEST srl sospensione accreditamento per le prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare.



**OGGETTO:** Casa di Cura "Villa dei Pini" sita in Anzio Via Casal di Brocco, 19 gestita dalla MFRINVEST srl – sospensione accreditamento per le prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA la DGR n.2825 del 23 giugno 1998 "Individuazione dei soggetti erogatori, pubblici e privati e relativa classificazione, abilitati all'erogazione per conto del SSR di prestazioni ambulatoriali di diagnostica per immagini – risonanza magnetica nucleare + *B*  
~~in~~ regime di accreditamento provvisorio";

VISTA la DGR n.143 del 22 marzo 2006 "Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2006. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2006. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale", con particolare riferimento <sup>alla</sup> allegato n.10 recante *B*  
disposizioni in materia di sistema di finanziamento e di remunerazione dell'attività specialistica ambulatoriale;

VISTA la DGR n.423 del 14 luglio 2006 "Prestazioni di diagnostica per immagini. Linee guida per macchinari e strutture accreditate con il S.S.R.. Integrazione a aggiornamento deliberazione Giunta regionale n.2825/98 e successive modificazioni";



138

6 MAR 2007 lly

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4, "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la propria deliberazione n.424 del 14 luglio 2006 concernente "Legge regionale 3 marzo 2003 n.4. Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie";

VISTO il regolamento n. 2/2007, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 18/12/2006, concernente "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4,"

PREMESSO che:

- in data 19 maggio 1993, la Casa di Cura Villa dei Pini, ha comunicato l'installazione di un'apparecchiatura RMN - M.S VECTRA da 0,5 Tesla;
- per quanto di rilevanza nei confronti del presente provvedimento, il suddetto macchinario risulta provvisoriamente accreditato per le prestazioni di RMN di cui alla fascia C ex DGR n. 2825/98;
- in data 25 novembre 2003 la struttura in parola ha comunicato alla Regione Lazio ed alla territorialmente competente Azienda USL ROMA H che "saranno installate n. 2 apparecchiature in sostituzione delle apparecchiature già installate e comunicate alle istituzioni competenti";
- con successiva comunicazione del 26 luglio 2004 la stessa ha fatto presente che avrebbe installato un'ulteriore apparecchiatura di RMN da 0,2 Tesla GE SIGMA PROFILE OPEN a far data del 1 agosto 2004;

TENUTO CONTO che, a seguito delle verifiche effettuate, in data 5 luglio 2006, dalla competente struttura dell'Assessorato alla Sanità, è stata rilevata l'installazione e attivazione dei seguenti macchinari:

- RMN da 1,5 Tesla GE SIGMA EXITE in sostituzione della precedente 0,5 T dismessa;
- RMN 0,2 tesla GE. SIGMA PROFILE OPEN in armonia con quanto in precedenza comunicato;

TENUTO CONTO che, in occasione delle predette verifiche, la Casa di cura ha prodotto, in data 12 luglio 2006, una nota datata 27/01/2003 inviata sia alla Regione Lazio che alla Azienda USL ROMA H, relativa alla comunicazione dell'avvenuta installazione dell'apparecchiatura da 1,5 tesla, in sostituzione di quella ormai vetusta da 0,5 tesla;



PRESO ATTO al riguardo che tale comunicazione risulta priva di protocollo in uscita e, pertanto, non è presente agli atti della competente Direzione Regionale "Tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale";

VISTA la nota prot. n. 96283 del 16 agosto 2006 con la quale la predetta Direzione, in esito alle sopra citate verifiche, ha invitato la competente Azienda USL ROMA H a vigilare su tutte le fasi del relativo procedimento e a far conoscere esattamente lo stato effettivo delle procedure poste in essere durante il corso degli anni in cui la casa di cura ha provveduto ad installare ed attivare le apparecchiature descritte;

VISTO il verbale redatto in data 26 luglio 2006 nel quale agenti del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Roma hanno dato atto di aver acquisito documentazione relativa alle procedure autorizzative poste in essere dalla Casa di Cura Villa dei Pini in merito all'installazione di apparecchiature per le prestazioni di RMN;

VISTA la nota prot. n. 2/434 del 17 febbraio 2007 con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Roma, avendo accertato che *"la struttura esegue prestazioni di RMN a carico del Servizio Sanitario Nazionale con apparecchiatura da 1,5 TESLA, sebbene priva di accreditamento e fatto ben più grave di autorizzazione al funzionamento"*, ha richiesto la sospensione dell'accREDITAMENTO provvisorio in quanto:

- *"l'apparecchiatura da 1,5 tesla risultava sprovvista di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8quater del D. L.vo 502/92;*
- *la precedente apparecchiatura da 0,5 tesla risultava accreditata "in via provvisoria" ai sensi dell'art. 8quater del D. L.vo 502/92;*
- *i volumi delle prestazioni fissati dalla DGR 143/060 risultano effettuati con altra apparecchiatura diversa da quella accreditata;*
- *ai sensi predetto comma 7 il rilascio dell'accREDITAMENTO in via provvisoria è strettamente legato ".... Per il tempo necessario alla verifica del volume dell'attività svolta e alla qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accREDITAMENTO temporaneamente concesso";*

TENUTO CONTO, che il provvedimento di accREDITAMENTO rappresenta per l'Amministrazione Regionale l'instaurazione di un particolare rapporto fiduciario tra la struttura stessa e l'Amministrazione che l'ha espressamente scelta al termine di un procedimento amministrativo di natura strategico programmatica, sulla base dell'istruttoria fornita dall'Azienda USL territorialmente competente;

RITENUTO, pertanto:

- di sospendere il rapporto di accREDITAMENTO provvisorio instaurato, ai sensi della DGR n. n. 2825/98, per le prestazioni di RMN erogate dalla Casa di Cura Villa dei Pini con il macchinario M.S VECTRA da 0,5 TESLA, fino alla regolarizzazione dei



138

6 MAR. 2007

llly

- profili autorizzativi connessi all'utilizzazione dei macchinari installati in sostituzione dello stesso;
- di significare fin d'ora che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni della presente deliberazione, la Regione Lazio procederà senza ulteriore avviso alla revoca del rapporto di accreditamento;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non rientra nel novero dei provvedimenti da sottoporre a preventiva concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- di sospendere il rapporto di accreditamento provvisorio instaurato, ai sensi della DGR n. n. 2825/98, per le prestazioni di RMN erogate dalla Casa di Cura Villa dei Pini con il macchinario M.S VECTRA da 0,5 Tesla; fino alla regolarizzazione dei profili autorizzativi connessi all'utilizzazione dei macchinari successivamente installati in sostituzione dello stesso;
- di significare fin d'ora che, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni della presente deliberazione, la Regione Lazio procederà senza ulteriore avviso alla revoca del rapporto di accreditamento.

La struttura dovrà comunque adeguarsi anche ai requisiti di cui alla DGR n. 423/06.

La presente deliberazione sarà notificata al Legale Rappresentante della Casa di Cura Villa dei Pini nonché alla territorialmente competente Azienda USL ROMA H.

L'Azienda USL ROMA H è chiamata a vigilare in ordine alla puntuale esecuzione del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

12 MAR. 2007

