

Chiarimento AIFA inviato per PEC il giorno 3 aprile 2015 alle ore 13,10 inerente il precedente comunicato di ritiro delle bombole di ossigeno nota prot. AIFA /PQ&C/33341/P del 01 aprile 2015.

Facendo seguito alla sottostante comunicazione si precisa che la problematica, come chiaramente espresso nel provvedimento prot. AIFA /PQ&C/33341/P del 01 aprile 2015, riguarda solo le BOMBOLE di OSSIGENO della ditta CRIOSALENTO di Peveragno (CN) con valvole riduttrici integrate delle ditte SAN O SAB e COMBILITE in ragione della mancanza di evidenze rispetto alla avvenuta manutenzione da parte della CRIOSALENTO di Peveragno (CN) delle suddette valvole (ditte SAN O SUB e COMBILITE).

Cordiali saluti

Ufficio Qualità dei Prodotti & Contraffazione

Agenzia Italiana del Farmaco
Via del Tritone N.181
00187 Roma