

13 MAG 2013



DA : AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
UFFICIO QUALITÀ DEI PRODOTTI
VIA DEL TRITONE, 181
00187 ROMA
A : INDIRIZZI IN ELENCO

A seguito della notifica proveniente dalla ditta, relativa ad un risultato positivo del test di sterilità a 6 giorni per il generatore di radionuclidi per la produzione di Sodio Pertecnetato soluzione iniettabile "DRYTEC", lotto n. 7362, scad. 24/05/2013, della ditta GE Healthcare Srl, sita a Milano in via Galeno,36, ai sensi dell' art. 70 del D. L.vo 219/2006 e per la motivazione sopra evidenziata, comunicasi il ritiro del lotto prodotto sopra riportato. Resta inteso che, nelle more del ritiro, il lotto sopra riportato non potrà essere utilizzato.

La ditta GE Healthcare Srl dovrà assicurare l'avvenuto ritiro entro 48 ore dalla ricezione della presente comunicazione.

Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare l'avvenuto ritiro e, in caso di mancato adempimento da parte della ditta interessata, procederà al sequestro del lotto del prodotto sopra riportato.

Il Dirigente dell'Ufficio
(Marisa Delbò)